

Clearblue®

Graviditetstest

Digital Early Detection

- Over 99 % nøyaktig fra dagen for din forventede menstruasjon.
- Kan brukes 5 dager før den uteblitte menstruasjonen.
- **Les dette pakningsvedlegget nøye før du tar en test.**

1 Ta testen

VIKTIG

Under hele testingen må du **aldri** holde testpinnen med oppsugingsspissen pekende oppover.



Slik



Ikke slik

Hvis du tester fra dagen du forventet menstruasjon kan du teste når som helst på dagen. Hvis du tester før forventet menstruasjon skal du bruke dagens første urin.

- Ta testpinnen ut av foliepakningen og fjern hetten når du er klar til å ta testen. Bruk testpinnen med én gang.

ENTEN Test i urinstrømmen din

- Plasser bare oppsugingsspissen i urinstrømmen i **kun 5 sekunder**.
- Pass på at ikke resten av testpinnen blir våt.
- Hold oppsugingsspissen pekende nedover, sett på hetten og legg testpinnen flatt.



ELLER

Ta en urinprøve i en ren, tørr beholder

- Plasser bare oppsugingsspissen i urinen, som vist, i **kun 20 sekunder**.
- Hold oppsugingsspissen pekende nedover, sett på hetten og legg testpinnen flatt.



2 Clearblue smart nedtelling

- Den smarte nedtellingen vil nå bli vist på skjermen, slik at du vet at testen fungerer og hvert segment vises i sekvens for å vise testens fremdrift.



Smart nedtelling

- Dersom den smarte nedtellingen ikke vises etter at du har brukt testen, skal du se spørsmål 5.

3 Avles resultatet ditt

- Når den smarte nedtellingen er fullført vil den forsvinne fra skjermen og resultatet vil bli vist.
- Dette vil ta maksimalt 3 minutter, men noen resultater kan vises etter bare 1 minutt.
- Et «Gravid»-resultat vil vises på skjermen i opp til 6 måneder.
- Et «Ikke gravid»-resultat vises på skjermen i omtrent 24 timer.



Hvis resultatet er «Gravid», skal du se spørsmål 9.



Hvis resultatet er «Ikke gravid», skal du se spørsmål 10.

Spørsmål og svar

1 Hvor nøyaktig er Clearblue?

Testen er mer enn 99 % nøyaktig i laborietester når den brukes fra dagen før din forventede menstruasjon.

2 Hvordan fungerer Clearblue?

Når du er gravid produserer kroppen din graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin). Mengden av hCG i kroppen øker i tidlige stadier av graviditeten. Testen kan detektere små mengder av dette hormonet i urinen din (følsomheten til denne testen er på 25 mIU/ml).

3 Når kan jeg teste med Clearblue Digital Early Detection?

Graviditetshormonet øker raskt tidlig i graviditeten og denne testen kan brukes til å teste opp til 5 dager før din utelitte menstruasjon (som er 4 dager før din forventede menstruasjon). Hvis du tar testen før du venter menstruasjon og får resultatet «Ikke gravid», er det fortsatt en mulighet for at du kan være gravid. Se skjemaet nedenfor for resultater av klinisk testing med tidlige graviditetsprøver.

| Tidlig testing | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Antall dager før forventet menstruasjon | -1 | -2 | -3 | -4 |
| % av prøver fra gravide kvinner ga «Gravid»-resultat | 95 % | 90 % | 82 % | 51 % |

- For å finne ut når du forventer å få menstruasjon, kan du beregne hvor lang syklusen din vanligvis er ved å telle antall dager fra din første menstruasjonsdag til dagen før neste menstruasjon begynner.
- Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du beregne på grunnlag av den lengste syklusen du har hatt de siste månedene før du utfører testen.
- Hvis du tester fra dagen du forventer menstruasjon kan du teste når som helst på dagen. Hvis du tester tidlig, skal du bruke dagens første urin. Ikke drikk mye væske før du tar testen.
- Hvis resultatet er «Ikke gravid», og du fortsatt mistenker at du er gravid, skal du se spørsmål 10.

4 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?

- Les alltid produsentens instruksjoner for ethvert legemiddel du tar før du utfører en test.

• Fertilitetspreparater som inneholder hCG kan gi misvisende resultater (disse fertilitetspreparatene gis vanligvis ved injeksjon, og testing for raskt etter administrasjon kan gi et falskt «Gravid»-resultat).

- Andre fertilitetsbehandlinger (som klomifensitrat), smertestillende og hormonelle prevensjonsmidler (f.eks. p-piller) skal ikke påvirke resultatet.
- Hvis du nylig sluttet å ta hormonell prevensjon eller bruker fertilitetsbehandlinger som klomifensitrat kan menstruasjonen din være uregelmessig og føre til at du tester for tidlig.
- Hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ikke ble fullført) kan du få et falskt «Gravid»-resultat.
- Svangerskap utenfor livmoren, cyster på eggstokkene, menopause og visse svært sjeldne medisinske tilstander kan gi misvisende resultater.
- Hvis du fikk et «Gravid»-resultat er det mulig at du senere vil finne ut at du ikke er gravid på grunn av naturlig svangerskapsavbrudd som kan finne sted i tidlige stadier.

Hvis du fikk uventede resultater bør du drøfte dem med legen din.

5 Jeg har brukt testen, men den smarte nedtellingen viste ikke. Hva betyr dette?

Testen har ikke blitt utført på riktig måte. Se «Testfeil» nedenfor.

6 Den smarte nedtellingen telte ned mye raskere enn jeg forventet. Hva betyr dette?

Noen resultater kan vises etter bare 1 minutt. I slike tilfeller vil segmenter for smart nedtelling vises raskere.

7 Den smarte nedtellingen startet, men ble ikke fullført og skjermen viser ingen resultater, eller en feil vises på skjermen. Hva betyr dette?

Testen har ikke fungert som den skal. Se «Testfeil» nedenfor.

8 Jeg har brukt testen, men ingen resultat har dukket opp på skjermen. Hva betyr dette?

Resultatet ditt skal vises på skjermen i løpet av 3 minutter. Hvis ingen resultat vises kan du se «Testfeil» nedenfor.

9 Testen min sier at jeg er «Gravid». Hva skal jeg gjøre?

Hvis testen viser «Gravid», bør du kontakte legen din som kan gi deg råd om hva du bør gjøre videre.

10 Testen min sier at jeg er «Ikke gravid». Hva skal jeg gjøre?

Du er kanskje ikke gravid, eller nivået av graviditetshormon er kanskje ikke høyt nok til å påvises enda, eller du har feilkalkulert dagen for forventet menstruasjon.

- Hvis du testet tidlig kan du teste igjen når du forventer menstruasjonen.
- Hvis menstruasjonen din er forsinket, test igjen om 3 dager. Hvis denne testen viser «Ikke gravid»-resultat og du fortsatt ikke har fått menstruasjon, ta kontakt med legen din.

Testfeil

Feil i bok – det har oppstått en feil under testing. Det kan være at:

- Oppgussingspissen ble ikke holdt pekende nedover eller testen ble ikke lagt flatt etter at urin ble påført.
- For mye eller for lite urin ble påført.
- Du bør teste igjen ved hjelp av en ny test. Følg instruksjonene nøye.

Tom feil

Testen har ikke virket som forventet. Dette kan komme av at instruksjonene for bruk ikke ble fulgt. Du må utføre en ny test. Følg instruksjonene for bruk nøye.

Kasting av testen din

Fjern batteriet før du kaster testpinnen. Kassering av batterier skal skje i samsvar med passende returoordning. Sett en mynt inn i sporet i enden og vri for å åpne baksiden av testpinnen for å fjerne batteriet. **Forsiktig!** Batteriene skal ikke demonteres, lades opp eller kastes på åpen ild. Kast resten av testpinnen i samsvar med passende returoordning for elektrisk utstyr. Ikke kast elektrisk utstyr i ild.

Til selvtesting hjemme.

Kun til *in vitro*-diagnostisering.

Ikke til innvortes bruk.

Må ikke brukes om igjen.

Oppbevares utlengtjenlig for barn.

Oppbevares mellom 2 °C og 30 °C.

La den nå romtemperatur i 30 minutter før testing hvis den oppbevares i kjøleskap.

Ikke bruk hvis foliepakningen er skadet.

Må ikke brukes etter holdbarhetsdato.

Dette produktet inneholder batterier.

Kast i henhold til lokale forskrifter.



www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Din samtale vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

800 10 218

Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Vennligst oppgi partnummeret fra produktforpakningen.

Denne digitale IVD-enheten oppfyller kravene for utslipp og immunitet i EN 61326-2-6:2006. Elektroniske mottiltak benyttet i det elektroniske instrumentet vil gi rimelig beskyttelse mot effekter fra elektromagnetiske forstyrrelser som er sannsynlig at er til stede i et hjemmemiljø. Følgende forebyggende advarsler gjelder for utstyr i samsvar med EN 61326-2-6:2006.

a) Bruk av dette instrumentet i tørre omgivelser, spesielt hvis syntetiske materialer er til stede (syntetiske klær, tepper osv.), da de kan forårsake skadende utlading av statisk elektrisitet som kan føre til feilaktige resultater.

b) Ikke bruk dette instrumentet i umiddelbar nærhet av kilder til sterk elektromagnetisk stråling (f.eks. mobiltelefoner), da disse kan forstyrre dets funksjoner.

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| | Produsent | | Må ikke brukes om igjen |
| | Partikode | | Medisinsk enhet til <i>in vitro</i> -diagnostisering |
| | Holdbarhetsdato | | Temperaturgrense 2-30 °C |



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.
Clearblue er et varemerke for SPD.
© 2017 SPD. Med enerett.

2300439.01 11-2016